



A2LA / ILAC MRA - Calibration certificate for temperature sensors n-point

A2LA-KALIBRIERUNG TEMP. N-PKT

Werkskalibrierschein
 Factory calibration certificate

Messumformer-Typ: PT1000

transmitter type: PT1000

Serien-Nr.: 12345678

serial no.: 12345678

Messbereich: -50...150 °C

temperature range: -50...150 °C

Ausgangssignal: 4...20 mA

output: 4...20 mA

Genauigkeit: ±0.15 °C

accuracy: ±0.15 °C

Kalibrierdatum: 15.05.2015

date of calibration: 15.05.2015

Auftragsnummer: 123456

job no.: 123456

Referenzgerät: PT1000

reference unit: PT1000

Prüfnormal, Temperatur: PT1000

testing device, temperature: PT1000

Serien-Nr.: 12345678

serial no.: 12345678

PTB-Zertifikat: PTB-Zertifikat

PTB certificate: PTB certificate

Umgebungstemperatur: 20 °C

ambient temperature: 20 °C

Die Kalibrierung erfolgt bei der angegebenen Umgebungstemperatur mit einem "Referenzstandard" mit einem Referenz-
 Element der höchsten Qualität in Kombination mit der oben angegebenen Temperatur-Standard- und Quelle der PTB AG.
 Die Kalibrierung ist möglich in der Kalibrierung von PTB "Referenzstandard" mit einem Referenzstandard in Kombination mit einem Referenz-
 Element der höchsten Qualität.
 Die Angaben zur Messgenauigkeit sind nur für die Messwerte der Messumformer und nicht für die
 Kalibrierungsgenauigkeit der Kalibrierung. Die Messwerte befinden sich auf einem abgerundeten Stellenmaß von 0,01 °C.
 Die Messumformer haben eine Genauigkeit von ±0,15 °C.
 The given accuracy is only for the accuracy of the measurement method and the unit used and not for the calibration. The measured
 value is rounded to the nearest 0,01 °C. The measurement accuracy is ±0,15 °C.
 The given accuracy is only for the accuracy of the measurement method and the unit used and not for the calibration. The measured
 value is rounded to the nearest 0,01 °C. The measurement accuracy is ±0,15 °C.
 The given accuracy is only for the accuracy of the measurement method and the unit used and not for the calibration. The measured
 value is rounded to the nearest 0,01 °C. The measurement accuracy is ±0,15 °C.

Dieses Zertifikat wurde automatisch erstellt und ist ohne Unterschrift gültig.
 This certificate has been generated automatically and is valid without signature.

Ihr Partner für
 Industrielle Messtechnik
 ifm electronic
 48661 Lippstadt, Germany
 Tel. +49 (0) 239 1234 5678

Mechanical data

Weight	[g]	19.171
--------	-----	--------

Remarks

Remarks	The calibration certificate must be ordered in conjunction with a sensor. The corresponding sensor is delivered along with the calibration certificate. The calibration certificate is in two languages (German/English). Subsequent orders are only possible if the sensor is in a clean condition upon return. In the internet version of the data sheet a sample certificate is stored in the tab "Downloads". max. 4 measurement points can be selected according to the customer's requirements
Pack quantity	1 pcs.